



OBJET : REPONSE À LA DEMANDE D'INFORMATION DES CONCURRENTS RELATIVE À L'AO N° 10/2025

OBJET : FOURNITURE DE MATERIEL CLASSIQUE POUR BITUME ET MÉLANGE BITUMINEUX

- LOT N°1 : MATERIEL D'ESSAI POUR BITUME
- LOT N°2 : BAIN THERMOSTATIQUE POUR ESSAI MARSHALL
- LOT N°3 : PRESSE À CISAILLEMENT GIRATOIRE
- LOT N°4 : APPAREIL D'ORNIÉPAGE COMPLET AVEC MESURE AUTOMATIQUE
- LOT N°5 : APPAREIL DE FRAGILITÉ FRAASS
- LOT N°6 : DUCTILIMÈTRE NUMÉRIQUE AVEC MESURE DE FORCE
- LOT N°7 : COMPACTEUR DE PLAQUES
- LOT N°8 : COMPACTEUR DE PLAQUES À PNEU D'ENROBÉS POUR ORNIEREUR
- LOT N°9 : MALAXEUR DE LABORATOIRE POUR ENROBÉS HYDROCARBONES À CHAUD

A la suite des demandes de clarification des concurrents, nous vous communiquons les informations suivantes :

Questions :

Concernant l'article n°6 du lot n°1, le viscosimètre à écoulement STV, nous vous prions de bien vouloir nous préciser s'il s'agit d'un modèle à double-poste ou mono-poste.

Réponses :

Le viscosimètre à écoulement STV est un double poste.

Pour tout complément d'information veuillez nous contacter à l'adresse suivante : dir.dla@lpee.ma.