



Casablanca, le 22/12/2023

OBJET : REPONSE A LA DEMANDE D'INFORMATION DES CONCURRENTS RELATIVE A L'AO N° 50/2023

OBJET : FOURNITURE DE MATERIEL D'ESSAI POUR LE CENTRE EXPERIMENTAL DES MATERIAUX ET DU GENIE INDUSTRIEL « CEMGI »

A la suite des demandes de clarification des concurrents, nous vous communiquons les informations suivantes :

Questions :

- 1) Voulez-vous acheter tout l'ensemble de l'appareil pour essai de pression eau dans l'air ou seulement l'enceinte ?
- 2) Quel est le maximum du diamètre de tuyau que vous souhaitez tester ?

Réponses

- 1) L'appareil à fournir, doit être doté de dispositif de mise en pression conforme aux exigences du marché.
- 2) Le diamètre maximal de tubes et raccords à tester est de 160 mm..

Pour tout complément d'information veuillez nous contacter à l'adresse suivante : dir.dla@lpee.ma.