



DLAAP/980

Casablanca, le 23/07/2021

Objet : Réponse à la demande d'information des concurrents relative à l'AO N° 17/2021

A la suite des demandes de clarification des concurrents, nous vous communiquons les informations suivantes :

Question :

1. Pour le lot N°11 : Fourniture d'un pressiomètre automatique 50 bars

Nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer les caractéristiques et le nombre de ces accessoires à fournir avec le CPV :

- Type de sonde :
- Nombre de sonde :
- Type de tubes de raccordement :
- Nombre de tubes de raccordement :
- Type de tube de calibrage du pressiomètre :
- Nombre de tube de calibrage du pressiomètre :

2. Pouvons-nous remplacer les CD-ROM par des clefs USB ?

Réponse :

1. Pour le lot N°11 : Fourniture d'un pressiomètre automatique 50 bars

Veillez trouver ci-dessous les caractéristiques et le nombre de ces accessoires :

- Type de sonde : gaine métallique courte dia 60 mm ;
- Nombre de sonde : deux (02) sondes ;
- Type de tubes de raccordement : raccord de tecalans ;
- Nombre de tubes de raccordement : quatre (04) tubes ;
- Type de tube de calibrage du pressiomètre : diamètre intérieur inférieur ou égal à 66 mm, épaisseur supérieur ou égal à 8 mm, longueur égale à 1 m ;
- Nombre de tube de calibrage du pressiomètre : trois (03) tubes.

2. Merci de se conformer à l'article 9 du RC (Le dossier administratif, technique et additif doit également être présenté en format numérique sur deux (2) CD-ROM).

Pour tout complément d'information veuillez nous contacter à l'adresse suivante : dir.dla@lpee.ma.

DLAAP/980